

Medical Devices Sector
Surveillance Biometrics Excutive Department

قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الادارة التنفيذية للرقاية والقياسات الحيوية

**FSCA Weekly Update** 

From

02-Aug-20

Attached below is the weekly report of Field Safety Corrective Actions (FSCAs) for the period:

من **26-Jul-2**0

To **01-Aug-20** إلى

which affect Saudi Arabia and being followed up with the authorised representatives to accomplish the required action.

والمتأثرة بها المملكة والتي جاري متابعتها مع الممثلين المعتمدين لإتمام تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

مرفق فيما يلي التقرير الأسبوعي للإجراءات التصحيحية للسلامة

- \* Role of contact officer:
- \* Kindly respond to the weekly report in both cases either you are affected or not affected.
- Disseminate and share the information with other Departments within healthcare facility and Ensuring that the healthcare facility is free of any affected device/product.
- Communicate with the Authorised Representative of the manufacturer if there is any device/product affected by a FSCA

\* مسؤولية ضابط الاتصال:

المبدانية للفترة:

## \* نأمل الرد على التقرير الأسبوعي في حالتي التأثر أو عدم التأثر.

- التعميم على الإدارات / الأقسام المختلفة داخل المنشأة الصحية والتأكد من خلوها من أي جهاز /مستلزم طبي متأثر بأي من الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية.
  - التواصل مع الممثل المعتمد للمصنع في حالة وجود جهاز /مستازم طبي متأثر بأي من الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية

Hospital name:

اسم المستشفى:

Date:

التاريخ:

Hospital affected by any device/product in this report:

يوجد أجهزة/منتجات متأثرة بالمستشفى ضمن القائمة:

Yes

نعم

No

Y

- The yellow highlights indicates that medical devices subject to removal action.
- To identify the affected serial numbers/lots, please open the link.
- الإجراءات المظللة بالأصفر تشير إلى إجراء سحب الجهاز الطبي.
- لمعرفة الطراز او الأرقام التسلسلية المتأثرة بالإجراء التصحيحي، يرجى فتح الرابط.

Medical Devices Sector
Surveillance Biometrics Excutive Department

قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الإدارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

No. of Field Safety Corrective Actions (FSCA): 3 عدد الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية:

Medical Device	Manufacturer	Authorized Representative	Link	Affected
		/Distributor		Yes/No

## Diagnostic and therapeutic radiation devices

Portable general-purpose	SIEMENS	Siemens Medical Solutions	https://ncmdr.sfda	
fluoroscopic x-ray system				

## Electro mechanical medical devices

CARESCAPE R860 Ventilator	GE Healthcare	GE Healthcare	cure/CA/CaViewRe	

## Single-use devices

ISOLATION GOWN	ai Kinmed Import & Export Cebajah manufacture companicure/CA/CaViewRe