

(تعميم)

الموضوع: سحب تشغيلة من منتج (Valera 200 MI) من إنتاج مصنع (UNI care)

رقم : 33421 تاريخ 1441/12/26

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى برامج متابعة جودة المستحضرات التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء للتأكد من جودة وسلامة المستحضرات المسوقة، وحيث تابعت الهيئة المنتج التالي:

الاسم التجاري	رقم التسجيل	رقم التشغيلة	الشركة الصانعة	خلل الجودة
Valera 200 MI	غير مسجل	20031272	UNI care	كمية المادة الكحولية المعقمة (Ethanol) أقل من 60% والتي تعتبر الحد الأدنى في معقمات اليدين.

لذا نأمل من معاليكم/سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام التشغيلة أعلاه حال توفرها لديهم، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة. وتقبلوا خالص التحية والتقدير