

إرشادات

لمقدمي الرعاية الصحية حول الاستخدام الآمن للكمامات الطبية



تحقيق مستوى كفاءة

ترشيح الجزيئات الدقيقة (0.1 ملليكرنون)
لا تقل عن 95% حسب المواصفة
الفنية



التأكد من كفاءة

الترشيح البكتيري للكمامة الطبية
لا تقل عن 95% حسب المواصفات
الفنية



التأكد من مستوى مقاومة تناشر السوائل / اختراق الدم الاصطناعي حسب المواصفة الفنية (16 kPa)



تجنب لمس الكمامة الطبية ومحاولة تعديلها وتحريكها على الوجه



بعد إزالة الكمامة الطبية أو عند لمسها قم بغسل وتعقيم اليدين



يجب لبس الكمامة الطبية
بشكل مستمر خلال أداء المهام
الروتينية. وعلى وجه الخصوص في
اماكن الخطورة العالية لانتقال العدوى
وتشمل العيادات الخارجية والطوارئ



غسل اليدين والتأكد من نظافتها قبل وضع الكمامة الطبية



البس الكمامة الطبية بعناية مع التأكد من تغطية الفم والأنف، وشدتها بإحكام



تغيير الكمامة الطبية عند وجود رطوبة أو اتساخ أو تلفحها

