

Medical Devices Sector
Surveillance Biometrics Excutive Department

قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الادارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

FSCA Weekly Update

10-Jan-21

Attached below is the weekly report of Field Safety Corrective Actions (FSCAs) for the period:

From **03-Jan-21**

 $_{
m To}$ 07-Jan-21 إلى

which affect Saudi Arabia and being followed up with the authorised representatives to accomplish the required action.

والمتأثرة بها المملكة والتي جاري متابعتها مع الممثلين المعتمدين لإتمام تنفيذ الاجر اءات التصحيحية.

مرفق فيما يلى التقرير الأسبوعي للإجراءات التصحيحية

- * Role of contact officer:
- * Kindly respond to the weekly report in both cases either you are affected or not affected.
- Disseminate and share the information with other Departments within healthcare facility and Ensuring that the healthcare facility is free of any affected device/product.
- Communicate with the Authorised Representative of the manufacturer if there is any device/product affected by a FSCA

* مسؤولية ضابط الاتصال:

لانذار ات السلامة للفترة:

* نأمل الرد على التقرير الأسبوعي في حالتي التأثر أو عدم التأثر.

•التعميم على الإدارات / الأقسام المختلفة داخل المنشأة الصحية والتأكد من خلوها من أي جهاز /مستلزم طبي متأثر بأي من الإجراءات التصحيحية للسلامة الميدانية.

اسم المستشفى:

• التواصل مع الممثل المعتمد للمصنع في حالة وجود جهاز /مستازم طبي متأثر بأي من الإجراءات التصحيحية الانذار ات السلامة

Hospital name:

Date: التاريخ:

يوجد أجهزة/منتجات متأثرة بالمستشفى ضمن القائمة:
Hospital affected by any device/product in this report:

Yes نعم

No Y

- The yellow highlights indicates that medical devices subject to removal action.
- To identify the affected serial numbers/lots, please open the link.
- الإجراءات المظللة بالأصفر تشير إلى إجراء سحب الجهاز الطبي.
- لمعرفة الطراز او الأرقام التسلسلية المتأثرة بالإجراء التصحيحي، يرجى فتح الرابط.

Medical Devices Sector
Surveillance Biometrics Excutive Department

قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الادارة التنفيذية للرقابة والقياسات الحيوية

No. of Field Safety Corrective Actions (FSCA):

عدد الإجراءات التصحيحية لإنذارات السلامة

Medical Device	Manufacturer	Authorized Representative /Distributor	Link	Affected Yes/No
Diagnostic and therapeutic radiation devices				
Philips Incisive CT Systems	Philips Healthcare	ips Healthcare Saudi Arabia	cure/CA/CaViewRe	
Electro mechanical m	nedical devices			
Alaris GP Volumetric Pump with Plus software	Becton Dickinson & Co. (BD)	Becton Dickinson B.V.	https://ncmdr.sfda	
Medtronic HeartWare Monitor AC Adapter	Medtronic SA	Medtronic Saudi Arabia	https://ncmdr.sfda	
In vitro diagnostic de	evices			
QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel	QIAGEN Ltd	ABDULLA FOUAD HOLDING COMPANY	https://ncmdr.sfda	
Single-use devices				
Artiset HD DNL HC ,	Baxter Healthcare	Baxter AG	cure/CA/CaViewRe	
Procedure Trays & Single Packed Shielded Bladed Trocars	Molnlycke Health Care AB.	Branch of Molnlycke Health Care AB	https://ncmdr.sfda .gov.sa/Secure/CA	