

(تعميم)

الموضوع: استدعاء جميع تشغيلات منتج (CHLOROHEXI-DYL MOUTH WASH MINT 300 ml)

من إنتاج شركة (Advanced Pharmaceutical Factory)

تاريخ: ١٠/٣/١٤٤٤ هـ

رقم: ٥٩٦٦/ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

إشارة إلى البلاغات الواردة للهيئة العامة للغذاء والدواء والمتضمنة وجود خلل في سلامة المنتج التالي:

اسم الشركة الصانعة	رقم التشغيل	رقم الإدراج	الاسم التجاري
Advanced Pharmaceutical Factory	جميع التشغيلات حتى تاريخه	2019-0140124-168251	CHLOROHEXI-DYL MOUTH WASH MINT 300 ml كلوروهيكسي-ديل

وبعد التحقق من البلاغات الواردة وإجراء الفحوصات والتحليل المخبرية اللازمة تبين احتواء المنتج على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى احتوائه على بكتيريا ممرضة (Burkholderia cepacia complex)، مما يعد مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943).

لذا أمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام المنتج أعلاه حال توفره لديهم، علماً بأنه قد تم إلزام الشركة باستدعائه من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير...