

(تعميم)

الموضوع: سحب تشغيلتين من مستحضر (BD ChloroPrep Clear (1ML))

من إنتاج شركة (Becton Dickinson B.V.CO)

رقم: 18969 /ع تاريخ: 1445/07/09هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة الى التقرير الوارد إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من قبل شركة بكتون ديكنسون بي في والذي يشير إلى وجود خلل في جودة تشغيلتين من المستحضر أدناه:

اسم المستحضر	رقم التسجيل	رقم التشغيل	الشركة الصانعة
BD ChloroPrep Clear (1ML)	1412200337	2239937	Becton Dickinson B.V.CO
		2291865	

عليه نفيديكم بعدم مطابقة التشغيلتين أدناه للمواصفات المعتمدة.

لذا أمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام التشغيلتين أعلاه حال توفرها لديهم، علماً بأنه قد تم توجيه الشركة بسحبها من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،